





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αναγνώριση Πλαστού Προϊόντος

Όλοι οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά όλα τα προϊόντα LIGACLIP® πριν τη χρήση. Οι παρακάτω πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε αν το προϊόν που έχετε είναι πλαστό:

Χαρακτηριστικά του <u>Πλαστού Προϊόντος</u>	Χαρακτηριστικά των <u>Αυθεντικών LIGACLIP®</u>
<p>1. Η συσκευασία ανα μονάδα πώλησης είναι <u>συρρικνωμένη</u>.</p> <p>2. Μια ασυνήθιστη γραμματοσειρά στη συσκευασία ανά μονάδα πώλησης διαστρεβλώνει το όνομα της εταιρείας μας. (Δείτε παρακάτω)</p>  <p>3. Στην ατομική συσκευασία των κλιπ υπάρχει ορθογραφικό λάθος του “STERILE” ως “STEMIKE.” (δείτε παρακάτω.)</p> 	<p>1. Η συσκευασία ανα μονάδα πώλησης της EES <u>δεν είναι</u> συρρικνωμένη.</p> <p>2. Το προϊόν της EES αναφέρει σαφώς το όνομα της εταιρείας μας στη συσκευασία ανά μονάδα πώλησης . (Δείτε παρακάτω)</p>  <p>3. Η ατομική συσκευασία των κλιπ της EES είναι σωστά επισημασμένη. (Δείτε παρακάτω)</p> 

Αν λάβετε κάποιο προϊόν για το οποίο υποψιάζεστε ότι είναι πλαστό μη το χρησιμοποιήσετε.

Βάλτε το προϊόν σε καραντίνα ώστε να διασφαλίσετε πως δε θα χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της EES, μιας και η EES είναι σε θέση να προσδιορίσει αν το προϊόν είναι αυθεντικό. Αν προσδιοριστεί ότι είναι πλαστό παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια αρχή σας