



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



εθνικός
οργανισμός
φαρμάκων
national
organisation
for medicines

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

www.eof.gr

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284, 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Δ. Δουδουνή
Τηλ.: 213.20.40.450
e-mail: medicaldevices@eof.gr

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χολαργός, **03-12-2025**
Αρ. Πρωτ.: **149153**

Προς:
ΔΕΜΕΡΤΖΗ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 63, ΜΟΣΧΑΤΟ
Τ.Κ. 18346, ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Θέμα: Απόσυρση από την ελληνική αγορά των προϊόντων της κατασκευάστριας εταιρείας ΔΕΜΕΡΤΖΗ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ.8 του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α') «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β'),
2. Το άρθρο 3, παρ. 1γ) του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α') «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.»,
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τη με αρ.πρωτ. ΕΟΦ 85789/24-09-2020 Βεβαίωση Εγγραφής της εταιρείας ΔΕΜΕΡΤΖΗ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ στο Μητρώο Κατασκευαστών Ι/Π Κατ. Ι, με ισχύ έως 25-05-2021, η οποία έκτοτε δεν έχει ανανεωθεί,
5. Τη με αρ.πρωτ. ΕΟΦ 142920/20-11-2025 αλληλογραφία προς την εταιρεία ΔΕΜΕΡΤΖΗ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για κλήση σε απόψεις σχετικά με τη Νόμιμη Κυκλοφορία των προϊόντων,
6. Τις από 26-11-2025 και 03-12-2025 απόψεις της εταιρείας ΔΕΜΕΡΤΖΗ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (αρ.πρωτ. ΕΟΦ 149180/3-12-2025).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απόσυρση από την ελληνική αγορά του ακόλουθου Πίνακα Προϊόντων της κατασκευάστριας εταιρείας ΔΕΜΕΡΤΖΗ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ καθώς και τυχόν επιπλέον ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν διατεθεί από την εταιρεία στην αγορά κατά παράβαση του άρθρου 5.1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745, λόγω μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις αυτού και μέχρι την ολοκλήρωση των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ INOX 304/ΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ-ΛΕΠΤΟ ΣΤΡΩΜΑ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ)	2820007181629
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ INOX 304/ΒΟΒΕ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ-ΠΑΧΥ ΣΤΡΩΜΑ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ) (185x67x80)	2820007181643
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ INOX 304/ΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ-ΠΑΧΥ ΣΤΡΩΜΑ(ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ) (185x67x70)	2820007181667
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ INOX 304/ΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΜΕ ΟΠΗ-ΠΑΧΥ ΣΤΡΩΜΑ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ)	2820007181681
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ/INOX 304/ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ/ΒΟΒΕ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	2820007181704
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ /INOX 304/ 8 ΣΥΡΤΑΡΙΑ	2820007181728
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/INOX 304/ 6 ΣΥΡΤΑΡΙΑ	2820007181742
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/INOX 304/ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ (68,5x48x96)	2820007181766
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/INOX 304/ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΡΑΦΙ)/ΒΑΣΗ ΚΥΤΙΟΥ ΒΕΛΟΝΩΝ/ΔΙΠΛΟ ΚΑΔΟ	2820007181926

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/4ΣΥΡΤΑΡΙΑ/ΣΤΑΤΩΟΡΟΥ/ΒΑΣΗ ΚΥΤΙΟΥ ΒΕΛΟΝΩΝ/ ΤΗΛΕΣΚΟ- ΠΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΓΡΑΨΙΜΑΤΟΣ	2820007181780
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ ΙΝΟΧ 304/2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ / ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ/ ΒΑΣΗ ΚΥΤΙΟΥ ΒΕΛΟΝΩΝ/ ΚΑΔΟΣ ΔΙΠΛΟΣ	2820007181827
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ/ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ	2820007181841
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ ΙΝΟΧ 304/4 ΡΑΦΙΑ (58,5x38,5x120)	2820007182244
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΜΙΚΡΟ (58,5x38,5x93,5)	2820007182008
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/3 ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ (58,5x38,5x95)	2820007182084
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ ΙΝΟΧ 304/3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ	2820007182169
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/4 ΡΑΦΙΑ (68,5x48x130)	2820007182268
ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΤΡΙΑ ΜΑΥΟ/ΙΝΟΧ 304/ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ /ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	2820007182329
ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΤΡΙΑ ΜΑΥΟ/ΙΝΟΧ 304/ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (58,5x38,5x87)	2820007182404
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ (69,5x49x103,5)	2820007181803
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/6 ΣΥΡΤΑΡΙΑ + 2 ΡΑΦΙΑ	2820007181865
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ/ΒΑΣΗ ΚΥΤΙΟΥ ΒΕΛΟΝΩΝ/ ΚΑΔΟΣ ΔΙΠΛΟΣ	2820007181889
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ (1 ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ)	2820007181902
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ (58,5x38,5x93,5)	2820007181940
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ (68,5x48x94)	2820007181964
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ/ΒΑΣΗ ΚΥΤΙΟΥ ΒΕΛΟΝΩΝ/ΚΑΔΟΣ ΔΙΠΛΟΣ	2820007181988
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΜΙΚΡΟ (68,5x48x93,5)	2820007182022
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/3 ΡΑΦΙΑ (58,5x38,5x95)	2820007182046
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/3 ΡΑΦΙΑ (68,5x48x100)	2820007182060
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ /ΙΝΟΧ 304/3 ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ (68,5x48x95)	2820007182107
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/2 ΡΑΦΙΑ (58,5x38,5x93,5)	2820007182121
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/2 ΡΑΦΙΑ (68,5x48x94)	2820007182145
ΗΚΓ /ΙΝΟΧ 304/ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ/ ΣΤΑΤΩ	2820007182183
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ ΙΝΟΧ 304/1 ΣΥΡΤΑΡΙ/ 3ΡΑΦΙΑ	2820007182206
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ ΙΝΟΧ 304/3 ΡΑΦΙΑ	2820007182220
ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΤΡΙΑ ΜΑΥΟ/ΙΝΟΧ 304/ΜΕ ΒΙΔΑ-ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ (58,5x38,5x77,5)	2820007182282
ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΤΡΙΑ ΜΑΥΟ/ΙΝΟΧ 304/ΜΕ ΒΙΔΑ-ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ (68,5x48x77,5)	2820007182305
ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΤΡΙΑ ΜΑΥΟ/ΙΝΟΧ 304/ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ	2820007182343
ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΤΡΙΑ ΜΑΥΟ/ΙΝΟΧ 304/ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (68,5x48x87)	2820007182367
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΙΝΟΧ 304/2 ΡΑΦΙΑ/ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	2820007182381
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΙΝΟΧ 304/2 ΡΑΦΙΑ/ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ	2820007182428

Η εταιρεία ΔΕΜΕΡΤΖΗ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των προϊόντων και να τα αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επισημαίνεται ότι ο παραπάνω πίνακας είναι ενδεικτικός και η εταιρεία οφείλει να αποσύρει και τυχόν επιπλέον ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά κατά παράβαση του άρθρου 5.1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745.

Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΕΟΦ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Προέδρου ΕΟΦ
2. Δ/ση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων
 - ο Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας
3. Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας
 - ο Τμήμα Ανεπιθυμητών Ενεργειών



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΑΡΟΥΛΛΑ