



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



εθνικός
οργανισμός
φαρμάκων
national
organisation
for medicines

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

www.eof.gr

Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χολαργός, 1-9-26
Αρ. Πρωτ.: 106215

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τηλ.: 213.20.40 283

Πληροφορίες: Σ.Σταμάτη .

e-mail: sstamati@eof.gr

Προς: BBD Ν.Λαϊνιώτης ΑΕΒΕ

Δρέπανο Αχαΐας

Τ.Κ. 26504

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της παρτίδας 2025083000073 του προϊόντος γάζα υδρόφιλη απλή αναδιπλούμενη ABSORBENT GAUZE ZIG ZAG standard 90 cm X100 m, REF MG-AG-90100, Manufacturer : HAIAN MEDIGAUGE CO LTD, Jiaoxie Industry park 226633 Haian, China
Εισαγωγέας-Διανομέας: BBD Ν.Λαϊνιώτης ΑΕΒΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ, εδ.8 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α') «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β')
2. Το άρθρο 3, παρ. 1γ) του Ν 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α') «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.»
3. Την υπ' αριθμ αρ. 132-2026 Έκθεση δοκιμών/αναλύσεων της Διεύθυνσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ
4. Την υπ'αρ. 105717/31-8-26 απάντηση της εταιρείας BBD Ν.Λαϊνιώτης ΑΕΒΕ για τη μη άσκηση έφεσης επί του εργαστηριακού ελέγχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση της παρτίδας **2025083000073** με ημερομηνία λήξης **29/8/2030** του **προϊόντος γάζα υδρόφιλη απλή αναδιπλούμενη ABSORBENT GAUZE ZIG ZAG standard 90 cm X100 m, REF MG-AG-90100**, κατασκευής **HAIAN MEDIGAUGE CO LTD**, Κίνας, διότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Διεύθυνση Εργαστηρίων του ΕΟΦ δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές ως προς τον έλεγχο «Αριθμός κλωστών: κατά κρόκη», διότι υπολείπεται του ελάχιστου αριθμού κλωστών που προβλέπει το Ευρωπαϊκό πρότυπο.

Η εταιρεία BBD Ν.Λαϊνιώτης ΑΕΒΕ ως εισαγωγέας/διανομέας του προϊόντος στην ελληνική αγορά, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος προκειμένου να αποσύρουν την παρτίδα από την αγορά. Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

**Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΕΟΦ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ.Νοσοκομείο Άμφισσας

Οικισμός Δροσοχωρίου, 33100 Άμφισσα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Δ/ση Εργαστηρίων
- Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας